

Glukóza v moči

Glukóza v moči	
Metoda	Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Ranní moč
Odběrová souprava	 Plastová zkumavka na moč 10 ml, čistá odběrová nádobka
Pokyny pro pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	1 den při 2 - 8 °C
Doordinace	1 den
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	0	0,8	mmol/l

Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika

Revize	28. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová
Metoda je akreditována	