

Glukóza - kapilární

Glukóza - kapilární	
Metoda	Elektrochemické stanovení
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	Speciální mikrozskumavka s hemolyzačním roztokem a antiglykolytickou přísadou NaF.
Pokyny k odběru a příprava pacienta	Nejčastěji odběr z bříška prstu.
Podmínky transportu	
Stabilita	4 hodiny při 20 °C
Doordinace	nelze
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0R - 99R	3,30	5,60	mmol/l

Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB ČLS JEP

Revize	27. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová