

# Glukóza v plazmě

| Glukóza v plazmě                      |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda                                | Absorpční spektrofotometrie                                                                                                                                                              |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev                                                                                                                                                                                |
| Odběrová souprava                     | <div></div> <p>Vacuette šedý uzávěr, plast s NaF + K2EDTA</p>                                          |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta   | <ul style="list-style-type: none"><li>Odběr bez antiglykolytické přísady (směs fluoridu sodného, EDTA a citrátu sodného) je nevhodný pro nízkou stabilitu glukózy v plné krvi.</li></ul> |
| Podmínky transportu                   | 15 - 25 °C                                                                                                                                                                               |
| Stabilita                             | 24 hodin při 20 °C                                                                                                                                                                       |
| Doordinace                            | nelze                                                                                                                                                                                    |
| Doba dodání                           | V den doručení (odpoledne)                                                                                                                                                               |

## Referenční meze

| Věk od - do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 0D - 6T     | 1,7            | 3,6            | mmol/l   |

| Věk od - do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 6T - 15R    | 3,3            | 5,5            | mmol/l   |
| 15R - 99R   | 3,5            | 5,6            | mmol/l   |

*Zdroj referenčních mezí: Doporučení ČSKB ČLS JEP*

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Revize                 | 27. 11. 2024         |
| Autor:                 | Ing. Petra Kabeleová |
| Metoda je akreditována |                      |