

DHEA v séru (Dehydroepiandrosteron)	
Metoda	Chemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	
Odběrová souprava	 Vacurette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Pokyny k odběru a příprava pacienta	Odesíláme do VFN,
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 1 den při 2 - 8 °C
Doordinace	1 den
Doba dodání	

Referenční meze

Revize	29. 11. 2024
--------	--------------

Autor:

Ing. Petra Kabeleová