

1-84 parathormon

1-84 parathormon v plazmě	
Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette fialový uzávěr - EDTA plazma
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	2 - 8 °C
Stabilita	3 dny při 2 - 8 °C
Doordinace	nelze
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze:

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	0,70	4,11	pmol/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták DiaSorin

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová