

# CA 125

| Sacharidový antigen CA 125            |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda                                | Elektrochemiluminiscence                                                                                                                                           |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev                                                                                                                                                          |
| Odběrová souprava                     | <div></div> <div>Vacuette<br/>červený uzávěr<br/>- plast se sep.<br/>gelem</div> |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta   |                                                                                                                                                                    |
| Podmínky transportu                   | 15 - 25 °C                                                                                                                                                         |
| Stabilita                             | 7 dní v séru při 2 - 8 °C                                                                                                                                          |
| Doordinace                            | 7 dní                                                                                                                                                              |
| Doba dodání                           | V den doručení (odpoledne)                                                                                                                                         |

## Referenční meze

| Věk od - do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 15R - 99R   | 0              | 35             | IU/ml    |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Revize | 29. 11. 2024         |
| Autor: | Ing. Petra Kabeleová |