

CEA (Karcinoembryonální antigen)	
Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 7 dní v séru při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
15R - 99R	0	3	µg/l

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová