

Chloridy

Choridy v séru (chloridový anion, Cl)	
Metoda	ISE s dilucí
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacurette červený uzávěr - plast se separačním gelem gelem
Pokyny pro pacienta	
Pokyny pro odebírající personál	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	sérum 7 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 6T	95	115	mmol/l
6T - 1R	95	116	mmol/l
1R -15R	95	110	mmol/l
15R - 99R	97	108	mmol/l

Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika

Revize	27. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová
Metoda je akreditována	