

Lipáza

Lipáza v séru	
Metoda	Turbidimetrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette červený uzávěr - plast se separačním gelem gelem
Pokyny pro pacienta	
Pokyny pro odebírající personál	Zabránit hemolýze, významně ovlivňuje výsledky
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	7 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0R - 1R	0	0,13	μkat/l

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
1R - 10R	0,08	0,52	μkat/l
10R - 18R	0,12	0,65	μkat/l
18R - 110R	0,12	1,11	μkat/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová