

Anti-TPO

Anti TPO v séru (protilátky proti peroxidáze štítné žlázy)

Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 7 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	0	9	IU/ml

Zdroj referenčních zmezí: Příbalový leták Beckman Coulter

Revize

29. 11. 2024

Autor:

Ing. Petra Kabeleová