

Amyláza v moči

Amyláza v moči (uAMS)	
Metoda	Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Ranní moč
Odběrová souprava	 <p>Plastová zkumavka na moč 10 ml, čistá odběrová nádobka</p>
Pokyny pro pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	7 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
Ž 1D - 110R	0	7,49	μkat/l
M 1D - 110R	0	8,16	μkat/l

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová