HbA1c (glykovaný hemoglobin)

HbA1c (glykovaný hemoglobin)	
Metoda	Kapilární elektroforéza
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou
Pokyny k odběru a příprava pacienta	• Pacient nemusí být na lačno. Doporučený interval mezi odběry pro diabetiky 1. typu je 3 - 4 měsíce, pro diabetiky 2. typu 6 měsíců.
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	1 den při 20 °C
Doordinace	1 den
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	20	42	mmol/mol

Revize	16. 6. 2025
Autor:	Ing. Petra Kabeleová
Metoda je akreditována	