

Screening nepravidelných protilátek

Screening antierytrocytárních (nepravidelných) protilátek	
Metoda	Sloupcová gelová aglutinace
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 20 °C
Stabilita	1 den při 2 - 8 °C
Doordinace	1 den
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Poznámka k vyšetření

V případě positivity nebo nespecifické reakce je nutné provést nový odběr do dvou 6 ml zkumavek (Vacuette s fialovým uzávěrem) k podrobnější specifikaci antierytrocytárních protilátek. Takto odebrané vzorky zasíláme na transfúzní oddělení VFN Praha.

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová